



中国国家强制性产品认证证书

编 号: 2021312315000465

委 托 人 福迪威(上海)工业仪器技术研发有限公司
地 址 上海市长宁区福泉北路518号9座101室
生 产 者 Fluke Process Instruments GmbH
地 址 Blankenburger Straße 135, Berlin 13127, Germany
生 产 企 业 Fluke Process Instruments GmbH
生 产 地 址 Blankenburger Straße 135, Berlin 13127, Germany
产 品 名 称 智能集成红外传感器
型 号 规 格 T40-**-**-***-6-IS
防 爆 标 志 Ex ib IIC T4 Gb, Ex ibD 21 T135°C
依 据 标 准 GB3836.1-2010, GB3836.4-2010, GB12476.1-2013,
GB12476.4-2010

认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页(共1页)。

颁发日期 2021 年 08 月 09 日

有效期至 2026 年 08 月 08 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0011877



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编 号: 2021312315000465

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- T40-**-**-***-6-IS

型号含义:

T40	-	**	-	**	-	***	-	6	-	IS
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)

(1) —— 系列: Thermalert 4.0

(2) —— 光谱 (μm): LT, LTB, LTD, MT, HT, G5, G7, P3, P7, 3M, 2M, 1ML, 1MH

(3) —— 光学分辨率 D:S: 04, 07, 15, 20, 30, 50, 60, 70, 150

(4) —— 焦距 (mm): SF0, SF2, SF4, CF0, CF1, CF2

(5) —— 接口: HART

(6) —— 本质安全

本安参数: $U_i = 27\text{V}$, $I_i = 100\text{mA}$, $P_i = 0.63\text{W}$, $L_i = 21.6\mu\text{H}$, $C_i = 0\mu\text{F}$

环境温度: $-20^\circ\text{C} \leq T_a \leq +80^\circ\text{C}$

防爆标志: Ex ib IIC T4 Gb, Ex ibD 21 T135°C

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2106C084

- 工厂检查报告: CN2021Q010363

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2021 年 08 月 09 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com